

A/S PROTEZĒŠANAS UN ORTOPĒDIJAS CENTRS
Pērnavas ielā 62, Rīgā, LV- 1009, tālr. 67845798, fakss 67295907,
e-pasts info@poc.lv

21.01.2015., Nr. 01- 12

Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””
Vaivaru Tehnisko palīgīdzekļu centra
iepirkumu komisijai
Ventspils ielā 53, Rīgā
LV-1002

Par izmaiņu veikšanu konkursa nolikumā

Esam iepazīnušies ar atklātā konkursa „Par tiesībām izsniegt aktīvos bimanuālos riteņkrēslus”(iepirkuma ID numurs -VSIA NRC „Vaivari” TPC 2014/54TPC) nolikumu (turpmāk tekstā – Nolikums) un izvērtējuši to saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem mērķiem un normām, tai skaitā likumā noteikto, ka tehniskās specifikācijas nodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrās.

1. Esam konstatējuši, ka Nolikums satur 5 (piecas) iepirkuma pozīcijas. 1.pielikuma (Tehniskās specifikācijas) B.punktā (Tehniskās specifikācijas prasības un bāzes cenas ar PVN) attiecībā uz 2 (divām) pozīcijām - aktīvajiem bimanuālajiem riteņkrēsliem ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem ar x veida rāmi **noteikts precīzs priekšējo riteņu izmērs - 140x37 mm**, bet 3(trīs) pozīcijās - riteņkrēsliem ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem ar nesalokāmu rāmi - minēts priekšējo riteņu izmēra diapazons – 3' līdz 5'. Saskaņā ar mūsu veikto ražotāju aptauju, pasaulē nav pētījumu, kas liecinātu, ka aktīvajiem bimanuālajiem riteņkrēsliem ar x veida rāmi tieši šāds 140x37 mm priekšējo riteņu izmērs nodrošinātu labāko riteņkrēsla drošību vai ekspluatācijas ērtības – katrs riteņkrēsla ražotājs attiecīgiem modeļiem priekšējo riteņu izmēru izvēlas mijiedarbībā ar pārējiem attiecīgā riteņkrēsla tehniskajiem parametriem, tāpēc tāpat kā pārējās iepirkuma grupās, būtu loģiski noteikt riteņu izmēru diapazonu. Uzskatām, ka šāda viena konkrēta, nebūt ne būtiskā vai galvenā parametra pieprasīšana, ir pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 17.panta 1.daļu, samazina piegādātāju brīvu konkurenci un, iespējams, var radīt aizdomas par kāda konkrēta riteņkrēsla modeļa iepriekšēju izvēli.

Lūdzam veikt izmaiņas Nolikumā, nosakot arī aktīvajiem bimanuālajiem riteņkrēsliem ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem ar x veida rāmi priekšējo riteņu izmēru diapazonā no 3' līdz 5'.

2. Nolikuma 1.pielikuma (Tehniskās specifikācijas) B.punktā (Tehniskās specifikācijas prasības un bāzes cenas ar PVN) attiecībā uz aktīvajiem bimanuālajiem riteņkrēsliem ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem ar x veida rāmi noteikta prasība, ka minētajiem **riteņkrēsliem jābūt x veida rāmim ar dubultu krustu**. No tehnoloģiskā viedokļa dubults krusts nodrošina papildus izturību, kas rezultējas riteņkrēsla svara izturības rādītājā un nekādi citādi neiespaido riteņkrēsla ekspluatāciju. Mūsdienās virkne ražotāju atsevišķiem riteņkrēslu modeļiem ar mazāku izmēru (šaurāku riteņkrēsla bāzi) nodrošina svara izturību, izmantojot pastiprinātu vienkāršo x veida rāmi. Arī šajā gadījumā uzskatām, ka prasība par dubultā krusta nepieciešamību ir pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 17.panta 1.daļu un samazina piegādātāju brīvu konkurenci.

Sveiciens: _____
Datums: 20. 1. 2015. g. 16.9/14
Izvērtējis: _____
Pretendents: _____

Lūdzam veikt izmaiņas Nolikumā, atceļot aktīvajiem bimanuālajiem riteņkrēsliem ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem ar x veida rāmi prasību pēc dubulta rāmja, nemainot prasību nodrošināt svāra izturību 120 kg.

3. Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai Nolikuma prasībai par sānu balstu un spilvenu pieejamību divos variantos jāatspoguļojas arī riteņkrēsla cenas piedāvājumā – proti, vai lietotājam izsniegtajam riteņkrēslam jābūt komplektētam ar abu veidu roku balstiem vai spilveniem, vai arī tikai ar viena veida (pēc lietotāja izvēles). Lūdzam dot Jūsu skaidrojumu Nolikuma prasībā minētajam jēdzienam „varianti”.

Ar cieņu

Valdes priekšsēdētājs:



A. Jerkins

Saņēmu 16.9/14
Datums: 2015.g. 21.01.
Paraksts: viņš